KULLANIMA HAZIR YAMA TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kullanıma Hazır Yama Testin paketi 10 hastalık allerjen içermelidir.
2. Kullanıma Hazır Yama Test Avrupa Standart Serisi alerjenlerini içermelidir.
3. Yama testi panelleri hastaya uygulanmak üzere hazır halde olamalı ve başka bir ön hazırlık gerektirmemelidir.
4. Hastaya uygulanan allerjen miktarı mg/mm^2 olarak bilinmelidir.
5. +2 ^{o} C ile + 8° C 'de muhafaza edilmelidir.
6. Oda sıcaklığında kullanıcı tarafından 3 haftaya kadar saklanabilmelidir.
7. Sağlık Bakanlığından alınmış "Üretim veya ithalat izin belgesi" ibraz edilmelidir.