

KAN TRANSFÜZYON SETİ ŞARTNAMESİ

1. 1. Set, 40 mikronluk mikroagregat filtresi, damla odacağı, luer-lock bağlantılarına uygun male konnektör ve standart uzunlukta bir hat içermelidir
2. Delme ucu silikonlu olmalıdır, damla haznesi yumuşak olmalıdır.
3. Kan verme setinin parçaları önceden birleştirilmiş olarak paketlenmiş olmalıdır.
4. Filtre muhafazası, filtrenin iç yapısının görülebilmesini sağlayan plipropilen materyalinden yapılmış olmalıdır
5. Filtrenin dış kabı, büyük pıhtıların üst kısımlarda toplanmasına olanak sağlayacak biçimde olmalıdır.
6. Filtreli kan verme seti, 21 günlük bir ünite kandan 10 ünite süzebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
7. Filtrenin dolum hacmi en az 20 ml. Olmalıdır.
8. Filtre 300 mmhg basınca kadar membran fonksiyonları bozulmadan kan süzebilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Steril olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
10. Poşetlerin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
11. Set girişi hastanemizde kullanılan branül ve üçlü muslukların girişine uygun olmalıdır.
12. Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Disposable olmalıdır.
14. CE belgesi olmalıdır.
15. 5 adet numune teslim edilmelidir.
16. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.
17. UTS belgesi olmalıdır.