

Kateter Guiding Renal 6f, 7F Teknik Şartnamesi

1. Firmalar tekliflerini renal anjiyoplasti amaçlı kullanılacak guiding kateterler için vereceklerdir.
2. Renal guiding kateterler 6F ve 7F dış çapa sahip olmalı, iç lümenleri renal balon expandable stent ve balonların içinden sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayacak kadar geniş olmalıdır (minimum 0,064'')
3. Kateter, 0,038'' Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına sahip olmalıdır.
4. Kateterlerin uç yapısı RDC (renal double curve) şeklinde olmalı, şekilli uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli şekil hafızası olmalıdır.
5. Kateterler 45-55 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Kateter ucu atravmatik soft tipte ve tapered olmalıdır.
7. Kateter poliüretan malzemeden yapılma, ince paslanmaz çelik örgülü olup, hidrofilik kaplama ile kaplı olmalıdır.
8. Kateter fluoroskopi altında kullanıma uygun ve uç opasitesi artırılmış olmalıdır.
9. Kateter ucunda bir delik bulunmalıdır.
10. Kateter frenci, uzunluğu, ve kılavuz tel çapı hub üzerinde yazılı olmalıdır.
11. İhaleyi kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik çaplı kateterleri istenilen çaptaki kateterlerle değiştirmeyi kabul edecektir.
12. Kateter ambalajının içerisinde iken dışarıdan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.
13. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
14. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.


Prof. Dr. Serdar TARHAN
Radyodiagnostik ABD