


Kateter, Balon, Anjiyoplasti, 035" OTW, Yüksek Basınçlı –

- 1) Sıkı lezyonların şişirilebilmesi için Low-compliant balon teknolojisine sahip olmalıdır.
- 2) 4-12mm arası çaplara sahip olmalı
- 3) 20-100mm arası uzunluklara sahip olmalı
- 4) Patlama Basıncı (RBP) balonun çapına göre değişmekte olup minimum 12Bar maksimum 24 Bar olmalıdır.
- 5) 8 x 100mm'e kadar 6F sheath, 9mm'den sonrasında ise 7F sheath'ten çalışabilmelidir.
- 6) Şaft uzunlukları 40, 80 ve 135cm arasından seçilebilmelidir
- 7) Balonun üzerinde belirteçler (marker) bulunmalıdır.
- 8) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 9) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 10) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.



ÖĞR. ÜYESİ FATİH DÜZGÜN
O.B. Ü. Radyoloji A. D.
Dip. No: 10884
Uzm. Tescil No: 119584