

Kateter, Balon, Anjiyoplasti, 035" OTW, Yüksek Basıncılı –

- 1) Sıkı lezyonların şişirilebilmesi için Low-compliant balon teknolojisine sahip olmalıdır.
- 2) 4-12mm arası çaplara sahip olmalı
- 3) 20-100mm arası uzunluklara sahip olmalı
- 4) Patlama Basıncı (RBP) balonun çapına göre değişmekte olup minimum 12Bar maksimum 24 Bar olmalıdır.
- 5) 8 x 100mm'e kadar 6F sheath, 9mm'den sonrasında ise 7F sheath'ten çalışabilmelidir.
- 6) Şaft uzunlukları 40, 80 ve 135cm arasından seçilebilmelidir
- 7) Balonun üzerinde belirteçler (marker) bulunmalıdır.
- 8) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 9) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 10) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.