


Gr 1006
21012

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Balon kateterlerin 3-12 mm arası çapları bulunmalı
- Balon kateterler 20-300 mm arası uzunluklara sahip olmalıdır.
- Uzun balonlarda yaşanan muz efekti problemini çözen patentli s-şaft tasarımına sahip olmalıdır.
- Patlama Basıncı (RBP) balonun çapına göre değişmekte olup minimum 11 Bar maksimum 18 Bar arasında olmalıdır.
- Balonlar 5F-7F sheath'ten çalışabilmelidir
- Lezyonlardan geçişi kolaylaştıracak hidrofilik kaplamaya sahip olmalıdır.
- Şaft uzunlukları 80 ve 130cm arasından seçilebilmelidir.
- Balonun üzerinde belirteçler (marker) bulunmalıdır.
- Balon kateterler steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.


Prof. Dr. Serdar TARHAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi