


Kateter, Balon, Anjiyoplasti, 0,014", Monorail

1. 1,5-7mm arası çaplara sahip olmalıdır.
2. 20-120mm arası uzunluklara sahip olmalıdır.
3. Ürün monorail yapıda maksimum 0,014" guidewire lar ile uyumlu olmalıdır.
4. Nominal basıncı 7 atm olmalı,
5. Patlama Basıncı (RBP) minimum 14 atm'olmalıdır.
6. Maksimum 6F guiding kateter'den çalışabilmelidir.
7. Distal shaft dış çapı maksimum distal 2,8F , mid 2,7F proksimal 2,3F 'olmalı
8. Shaft uzunluğu 135cm'olmalıdır.
9. Balonun üzerinde belirteç (marker) bulunmalıdır.
10. Karotis ve Renal darlıkların tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.


Yrd.Doç.Dr. Faik DÜZGÜN
C.B.Ü. Radyoloji A.D.
Dip. No: 16384
Uzm.Tescil No:119564