

N95 MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Maskeler üzerine nefes verme sübabı bulunmamalıdır.
- 2-Maskelerin kafa bantları poliizopren, burun mandalı aliminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- 3-Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantları sayesinde, maskeler her türlü kafa yapısına uyumlu olmalıdır.
- 4-Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici 3 panelli tasarıma sahip olmalıdır.
- 5-Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6-Maskeler depolama sırasında, kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve paketlerin üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
- 7-Üretici firma tarafında maskelerle beraber maskelerin takılmasını gösteren "Maske takma talimatları poster" de beraberinde verilmelidir.
- 8- Maskeler Avrupa topluluğu Direktifi 89/686'nın 10 ve 11A maddelerinde belirtilen temel Güvenlik gereklerine uygun olmalıdır.
- 9- Maskeler çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
- 10- Maskeler katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı "Avrupa Güvenlik ve Sağlık İdaresi"nin EH40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan Eşik sınır değerinin 12 katına kadar olan konsantrasyonlarda kullanılabilirdir.
- 11- Maskeler Latex içermemelidir, Tbc da kullanıldığına dair belgesi bulunmalıdır.
- 12-TİTUBB ve medula kaydı bulunmalıdır. SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
- 13-Ürünün son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 14-Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
- 15-Miyadı dolması yaklaşan ürünlerde firma yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
- 16-Alım öncesi numune görülecektir.

Prof. Dr. Özlem TÜNGER
Enfeksiyon Hst. Ve Klin. Mikr.
Dip. No: 5995
Dip. Tes. No: 60312