

KENDİLİGİNDEN ACILAN PERİFERAL STENT SİSTEMİ

- 1) Stent periferik damarların tedavisinde kullanılacaktır.
- 2) Stent nitinol tupten lazer kesim olmalıdır.
- 3) Stent açık hucreli dizayn edilmiş olmalıdır.
- 4) Stentin hucreler arası kopru bağlantıları sarmal dizayn edilmiş olmalıdır.
- 5) Stent uzamaya, burulmaya, katlanmaya ve kırılmaya karşı dayanıklı olacak şekilde fleksibil olmalıdır.
- 6) Stentin her iki ucunda görünurlüğü arttıracak şekilde tantalumdan yapılmış marker leri olmalı ve bunlar stente percinlenmiş olmalıdır.
- 7) Stent acılırken ziplamasını engelleyen e.x.p.r.t. sistemiyle katetere sabitlenmiş olmalıdır.
- 8) Stent damar içinde, bırakılacağı bölgeye gönderilirken, yanlışlıkla acılmasını engelleyecek bir kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 9) Stent 80 ve 120 cm kateter boylarıyla temin edilebilmelidir.
- 10) Stent otw olmalı ve 0.035" guidewire ile çalışmalıdır.
- 11) Stent çapları, 9, 10, 12 ve 14 mm olmalıdır.
- 12) Stent boyları, çaplarına göre 20, 30, 40, 60 ve 80 mm olmalıdır.
- 13) Stentin tüm sızeleri 6f introducer uyumlu olmalıdır.
- 14) Stentin tüm sızelerinin geçiş profili 0.079" olmalıdır.
- 15) Stent kateterinin uc kısmı damara zarar vermeyecek şekilde a travmatik olmalıdır.
- 16) Stentler tekli steril ambalajlarında olmalı ve üzerlerinde son kullanım tarihleri olmalıdır.
- 17) Mikrokateter steril tekli, orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
- 18) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

DR. ÖZGE ÖZESİ FATİH DÜZGÜN
C. B. T. Radyoloji A. D.
Dip. No: 10884
Uzm. Tescil No: 119584