

KİMYASAL İNDİKATÖR (BUHAR OTOKLAV) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm 134°C ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılmalıdır.
2. İndikatör çok parametrelili olmalı, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerine duyarlı olmalı, ısı, nem ve zaman hakkında detaylı bilgi vermelidir.
3. Teşhissel bilgi vermeli, yetersiz sterilizasyonda problemin nereden kaynaklandığını göstermelidir.
4. EN 867-1, ISO 11140-1, AAMI ST-60 standartlarına uygun olmalı, Class D, Class 4, FDA sınıflarına uygun olmalı ve firma bunu belgelemelidir.
5. İndikatörün üzerinde (134°C) mutlaka yazılı olmalıdır. İndikatör üzerinde yazan ısı derecesinden daha aşağıda renk değiştirmemelidir. İçeriğinde bulunan kimyasal, belirlenen ısı derecesinde renk değiştirebilecek özellikte olmalıdır.
6. İndikatör üzerinde yazan ısı derecesinden daha düşük bir ısıda renk değiştirmemeli, daha yüksek bir ısıya maruz kalmış ise indikatör üzerinde maruziyet belli olmalıdır.
7. İndikatörlerin çift tarafı lamine kaplı olmalı, mürekkep transferini önlemelidir. Her bir indikatörün üzerinde lot ve miad yazılı olmalıdır.
8. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
9. Malzemeyi teklif eden firma Türkiye Distribütörü tarafından verilen yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

10. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr Arzu KEFİ
CBÜTF Arest ve Rean.AD
Dip. No: 9543 - Tesell No: 100366