

KOMBİNASYON SEDYE ŞARTNAMESİ

Sedye üzerinde 2 Ad. hasta sabitleme kemeri ve 1 Ad. ayak sabitleme kemeri toplamda 3 sabitleme noktası ve bir çift tekerleğe sahip olmalıdır.

Oturma ve yaslanma bölümleri kolay alev almayan leke tutmayan alerjik olmayan maddeden üretilmelidir.

Sedye sabit sandalye pozisyonunda sabitlenebilir.

Kullanılmadığında katlanıp şekilde tutulabilmelidir.

Minimum 150 kg hasta taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

Sandalye sedye merdivenlerden rahat bir şekilde hasta indirilip çıkartılabilmeye uygun dizayn edilmiş olmalıdır.


Hem sandalye şeklini hem de normal sedye şekline dönüşen kombine sedye olmalıdır.

Hasta taşımaya uygun, iskelet kısmı hafif alüminyum alaşımli profil malzemeden olmalıdır.

Ebatları 190*50*12(cm) (+- 10) olmalıdır.

Hastane yönetime uygun göreceği yere monte edilebilir olmalıdır.

En az 2 Yıl firma garanti kapsamında olmalıdır.



Sivil Savunma Amiri

Alper Yar