

ACİL KRİKOTROTOMİ GİRİŞİM SETİ(PEDİATRİK)

1. Girişim seti üst solunum yollarına acil havayolu giriřimi saęlamak amacı ile tasarlanmıř olmalıdır.
2. Girişim seti ierisinde; 1 adet Medikal pvc den imal edilmiř, 2mm apında, elik mandrenli kanl, 1 adet havayolu iin silikondan imal edilmiř catheter mouth tubing, 1 adet aspirasyon iin ler lock enjektr ve 1 adet kanl sabitleme bandı bulunmalıdır.
3. Girişim seti kullanıma hazır kit řeklinde olmalıdır.
4. Girişim seti steril olmalıdır.
5. TS kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Muzaffer POLAT
ocuk Saęlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediatrik Kardiolog
Diy. No:221 / en. Tsa. No:36634-51155