

KÖK HÜCRE SAKLAMA TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (500 ML TORBA İÇİN)

1-Torba EVA'dan (Etyhyl Vinyl Acetate) imal edilmiş olmalıdır.

2-Torba renksiz ve şeffaf olmalıdır.

3-Torba -196 dereceye dayanıklı olmalıdır.

4-Torbanın hasta bilgilerini içeren etiketin yerleştirilebileceği özel şeffaf bir bölümü olmalıdır.

5-Torbanın ürün almaya yarayan örnek alma bağlama parçası ve transfer setleriyle uyumlu iki adet membran portu olmalıdır.

6-Torbaya üstten bağlı tüp sistemi, en az iki adet roller klempili çıkış içermelidir.

7-Doldurulduktan sonra torbanın kapatılması işlemi, ürün kontaminasyonuna sebep olmayacak şekilde torbaya bağlı tüp sisteminde olmalıdır.

8-Torbalar tek tek steril ambalajlarda olmalıdır.

9-Torbalar Max. 500 ml kapasiteli olmalıdır.Torbaların dondurma kapasitesi 55-100 ml arasında olmalıdır.

10-Bölümümüzdeki kasetlere uyması açısından torbaların uzunluğu 23 cm , genişliği 12.7 cm olmalıdır.