

LÖKOSİT FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Set hasta başında transfüzyon için uygun olmalıdır.
- 2-Steril ambalajında ve tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
- 3-Tam kan ve eritrosit süspansiyonlarından lökositleri uzaklaştırabilmelidir.
- 4-Filtrasyonla eritrosit kaybı % 10'un üzerinde olmamalıdır.
- 5-Miadı en az 1 yıl olmalı. miadı ve setlerin markası, özellikleri setlerin ambalajında basılı olmalıdır.
- 6-Miadı dolmasına 3 ay kalan setler daha uzun miadlılarla değiştirilebilmelidir.
- 7-Ambalajı içinde veya kullanılırken kusurlu olduğu tesbit edilen setler yenisiyle değiştirilmelidir.
- 8-Özelliklerinin yazılı olduğu orijinal broşür veya kataloğu ihale sırasında sunulmalıdır.
- 9- Ürün teslim edilmeden önce hematoloji ve ayaktan kemoterapi birimi tarafından numuneler denenecek. Sonra onay verilecektir.


Dr. İsmail AKOĞLU
Dip. Tıp Fak. Hematoloji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler Hastanesi
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
T. 0212 333 7042