

LATEKS İÇERMEYEN CERRAHİ EL DİVEN 8 NUMARA STERİL

1-Lateks içermemelidir.

2-Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ozan ışınlarından korumalıdır,

3-İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.

4- Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

5- Fabrika üretim tarihi ile malzeme teslim tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmemelidir.

6- 50 yada 100 lük kutularda teslim edilmelidir.

7- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.