

LARINGOSKOP BIÇAĞI ŞARTNAMESİ

1. Laringoskop blade leri kapalı sistem fiberoptik yapıda olmalıdır.
2. Blade ler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Kurumumuzda kullanılan led ışık kaynağına tam uyum sağlamalıdır.
4. Teklif edilen blade lerle birlikte 5 adet içinde yuvası hazırlanmış kutu verilmelidir.
5. 134 derecede otoklava girebilmelidir.

Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Ağız ve Kean AD
Dış No 9543 - Tesis No: 100368