

LATEKS İÇERMİYEN ANTİALLERJİK STERİL ELĐĐVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sentetik Polyisoprene'den imal edilmiş olmalıdır ve doğal Lateks içermemelidir.
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.
3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır, pudra içermemelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış kaydırıcı artıkları olmamalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.
4. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
5. İç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.
6. Hipoalerjenik olmalıdır.
7. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).
8. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
9. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
10. Eldiven üretiminde kullanılan kimyasal akseleratörlerin sebep olduğu Tip IV kimyasal alerjisini önlemek amacıyla kimyasal akseleratör yerine ultraviyole ışık kullanılan vulkanizasyon teknolojisi ile üretilmelidir. Ambalaj üzerinde üretim şekli belirtilmelidir.
11. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl olmalıdır.
12. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven özelliğini numarasını ve özelliklerini belirten yazılar olmalıdır. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
13. Eldivenlerin ortalama uzunluğu 6.0-6,5 numaralar için 270mm. 7.0,7,5 ve 8.0 numaralar için 280mm. 8,5 ve 9.0 numara için 285mm olmalıdır.
14. Eldivenlerin maksimum kalınlığı avuç içinde 0,19-0,24mm aralığında olmalı.
15. Yırtılma direnci $\geq 9N$ olmalı.
16. Kutudan AQL 1,0 standartlarından daha fazla yırtık,yapışık,bozuk çıkmamalı.
17. Raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalı.
18. Ubb kaydı bulunmalı.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
CD/TF Ağıst. ve Rean. AD
Ubb. No: 9943 - Tes. No: 100366