

LED AYDINLATMALI LARİNGOSKOP HANDLE ŞARTNAMESİ(YETİŞKİN)

1. Laringoskop, pediatrik yenidoğan ve yetişkin hastaların entübasyonuna uygun olmalıdır.
2. LED ışık kaynağı handle'la blade temas ettiğinde devreye girip ve fiber optik boyunca iletilmelidir.Handle'da bulunan LED ışık kaynağının ömrü 50.000 saat olmalıdır.
3. Handle ve LED ışık kaynağı 3 yıl garantili olmalıdır.
4. Handle tutma yeri yeşil renkte kaymaz malzemeden olmalıdır.
5. Handle çok kullanımlıdır ve 138 °C'yi, < 28 PSI'yi geçmeyecek şekilde buhar otoklavlanabilmeldir.
6. Handle isopropil alkol'le silinip, temizlenebilmeldir.
7. Handle yıpranmaya dayanıklı, lateksiz - elden kaymaz malzemeden yapılmalıdır.
8. Handle ISO standartlı olmalıdır böylece hastanedeki mevcut fiberoptik blade ile kullanılabilirdir.
9. Handle piyasada kolay bulunan kalem pille çalışmalıdır(2 adet)
- 10.Teklif veren firmanın TSE ve ISO belgesi olmalıdır.
- 11.Handle ve pil ünitesi birbirinden ayrılabilir yapıda olmalıdır.
- 12.Teslim edilen handle larla birlikte 60 adet tek kullanımlık fiberoptik blade verilecektir.
- 13.Handle ile birlikte 20 adet şarj edilebilir pil ve 1 adet şarj cihazı verilecektir.

Dr. Doç. Dr. Arzu KEFİ
GÜTE Anestezi ve Rean. AD
Tic. Sicil No: 100368