

LİGA CLİP KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Titanyumdan imal edilmiş olacak.
2. Klipler LT- 200 Medium ve LT- 400 Large olmalıdır.
3. LT- 200 Medium Liga klip için 18 cm ve/veya 20 cm boyutunda 2 adet ligaclip aplikatörü (açısız olacak) istem yapan kliniğe firma tarafından verilecektir.
4. LT- 400 Large Liga klip için 20 cm ve/veya 24 cm boyutunda 2 adet ligaclip aplikatörü (açısız olacak) istem yapan kliniğe firma tarafından verilecektir.
5. En az 6'lık veya 10 'luk kartuşlardan oluşmalıdır.
6. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
8. Üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
9. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi 3 ± 1 yıl miadlı olmalıdır.
10. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
11. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UTS bilgilerini faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı