

KRIO (CRYO) BALON ABLASYON KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ(KR1047)

1. Kateter seti pulmonerven izalasyonu için dokunun dondurularak iletimin sonlandırılmasında kullanılmalıdır.
2. Dondurmalı balon ablasyon kateteri 23mm veya 28 mm çapında olmalıdır.
3. Balon uniform soğutma için 8 jete sahip olmalıdır.
4. Güvenlik amacıyla iç içe 2 balona sahip olmalıdır ve bu balonlar arasında sıvı sensörü bulunmalıdır.
5. Kataterde güvenlik amacıyla sıvı sensörü, kan sensörü ve basınç sensörü olmalıdır.
6. Kataterde ısıyı ölçmeye yarayan thermocouple sensörü bulunmalıdır.
7. Şaft kalınlığı 10,5Fr., uzunluğu 140 cm olmalıdır.
8. Kateter ucu bidirectional 45° yönlendirilebilmelidir.
9. Ablasyon yapıldığında kateter ucu dokuya yapışmalı, böylece ablasyon işlemine geçildiğinde yalnız o bölgenin daha düşük sıcaklıklara soğutulması sağlanabilmelidir.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87792-119810
Dip.No: 11111

DAİRESEL VEN HARİTALAMA KATATERİ (KR1053)

1. Katater pulmoner venlerin elektriksel iletimini haritařlamak için dairesel olarak dizayn edilmiř olmalıdır.
2. Kataterin kalınlıęı en fazla 3.3 Fr olmalıdır.
3. Kataterin uzunluęu 165 cm olmalıdır.
4. 15 mm ve 20 mm loop seenekleri olmalıdır.
5. Katater eřit aralıklı 8 elektroda sahip olmalıdır.
6. Elektrotların uzunluęu 1 mm olmalıdır.
7. Elektrot aralıęı 15 mm loop için 4mm; 20 mm loop için 6 mm olmalıdır.

Do.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakóltesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No:87/92-119810
Dip.No: 11111

STEERABLE SHEATH (DONDURARAK ABLASYON İÇİN) KR1050

1. Sistem steerable sheath ve dilatatörden oluşmalıdır.
2. Sheath'in uzunluğu 81 cm ve dilatatörün uzunluğu 87 cm olmalıdır.
3. 9 Fr ve 10,5 Fr kataterlerle kullanılmaya uygun seçenekleri olmalıdır.
4. Sheath'in ucundan 5 mm geride radioopak marker bulunmalıdır.
5. Sheath'in ucu unidirectional olarak 135°'ye kadar yönlendirilebilmeli, 90°'de 55mm'ye ulaşabilmelidir.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87792-119810
Dip.No: 11111

**8F TRANSSEPTAL INTRODUCER
TEKNİK ŞARTNAMESİ(KR 1051)**

1. Teklif edilecek Transseptal Introducer, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriumda diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Verilecek malzeme Hemostasis Valveli ve SidePortlu Introducer Sheath ve Dilatörden oluşmalıdır.
3. Verilecek malzeme 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında Transseptal Needle ile uyumlu olmalıdır.
4. Verilecek malzeme 60 (altmış) cm (± 2 cm) uzunluğunda olmalı ve kullanılabilecek maksimum GuideWire çapı 0.032" (sıfırnoktasıfırotuziki inç) olmalıdır.
5. 8F dilatörünün uzunluğu 67 (altmışyedi) cm olmalıdır.
6. 8F curved sheath in markırı w/Tip olmalıdır.
7. Introducerların distal kısmından yıkama ve/veya kontrast madde verme gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan bir sideport'u bulunmalı, sideportun da en az iki manifoldu bulunmalıdır.
8. Introducerların kateter holunün proksimalde kalan dış ucunda fiksasyon yapılabilmesi için küçük bir sutur halkası olmalı ve bu uç kanamaya engel olan Hemostasis Valve sistemi ile donatılmış olmalıdır.
9. Dilatörün ptoksimalde kalan kısmı santimetre cinsinden skalalı olmalıdır.
10. Dilatör ve Hemostasis Valve sisteminin tam kapalı hali ile sabit kalmasına olanak veren Snap Lock özelliğinin bulunması tercih sebebidir.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBB Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87/92-119810
Dip.No: 11111

TRANSSEPTAL NEEDLE SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ(KR 1052)

1. Teklif edilecek Transseptal, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi (Septostomy) mümkün kılabilirmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikden yapılmış Stylet'dan oluşmalıdır.
3. Verilecek needle 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında olmalıdır.
4. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer'a sahip olmalıdır

Doç. Dr. Bekir Serhat YILDIZ
Cebü Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 87792-119810
Dip. No: 11111

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	MAL ID	Depo Stok Durumu		Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Var	Yok					
1	KRİO(CRYO) BALON ABLASYON KATETERİ	1	ADET	 (ay)	MEHMET ÖZDEMİR isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..	KR1047	
2	DAİRESEL VEN HARİTALAMA KATETERİ	1	ADET	 (ay)	MEHMET ÖZDEMİR isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..	KR1053	
3	STEERABLE SHEATH (DONDURARAK ABLASYON İÇİN)	1	ADET	 (ay)	MEHMET ÖZDEMİR isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..	KR1050	
4	8F TRANSEPTAL INTRODUCER	1	ADET	 (ay)	MEHMET ÖZDEMİR isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..	KR1051	
5	TRANSEPTAL NEEDLE SETİ	1	ADET	 (ay)	MEHMET ÖZDEMİR isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..	KR1052	
				 (ay)						 / / 201..		

DOÇ.DR.BEKİR SERİAL YILDIZ

Doç.Dr. Bekir Serrial Yıldız
Kardiyoloji A.B.D.
Dip.No: 87592-119830
Dip.No: 87592-119830