

## ARGİFİX

### CSF Eksternal Lomber Drenaj Sistemİ ve ICP Monitorizasyon Teknik Şartname

1. Sistem çift paketlenmiş steril ambalajında lomber bölgeden BOS boşaltımını gerçekleştirebilir özellikle olmalıdır.
2. Kapalı sistem olacaktır.
3. Paketin içerisinde kullanım talimatı bulunmalıdır.
4. Sistemle birlikte minimum 80cm'lik radyopak, olası silikon alerjisine karşı Poliüretandan mamül lomber kateter (iç çapı 0.7mm, dış çapı 1.5mm), 4,5F çaplı lomber kateter olmalıdır.
5. Sistemde 14G ebadın da Touhy iğnesi olmalıdır.
6. Sistemde BOS toplama ekipmanına kateter bağlantı için 1 adet diş safety konnektör olmalıdır.
7. Sistemde mevcut radyo opak Poliüretandan mamül kateter kinke( kıvrılma/kırılma) dayanıklı olmalıdır.
8. Sistemde yerleştirme işlemi esnasında hekime kolaylık sağlamakaya yönelik ; PTFE kaplı kılavuz tel (teflon kaplı guidewire ) ( 0,18" x 100 cm ) kılavuz tel katatere yapışmamalıdır.
9. PTFE Kılavuz tel (Guidewire) 3 cm lik yumuşak uca sahip olmalı, böylece lomber kateter olası yırtılma riskinden korunmalıdır.
10. Drenaj için, lomber kateterin uç kısmında dört sıra ve her sırada 4'er adet 0.5mm çapında toplam 16 delik olmalıdır. Kateterin ucu Touhy iğnesine takılmaması için soft (yumuşak) olmalıdır.
11. Kateter üzerinde 1 cm aralıklı olarak mesafe işaretleri bulunmalı ve her 5 cm lik aralıkta. ( 5,10,15 gibi) mesafe numerik rakam ile belirtilmiş olmalıdır
12. Sistem üzerinde hastanın cildine fiksasyon olağanlığı sağlayan silikon sabitleme parçası bulunmalıdır. (Sabitleme kelebeği)
13. Torba ve damlalık üzerinde –micropor gözenekli su geçirmez (hidrofobik) ventilasyonfiltresi olmalıdır.
14. EVA dan üretilmiş, 1000ml'lik kapasitesi üzerinde işaretli Drenaj torbası olmalıdır. Torbanın hasta başına asılabilmesi için sistemde askı ipi olmalıdır.
15. EVA dan üretilmiş, 1000ml'lik kapasitesi üzerinde işaretli Drenaj torbası olmalıdır.
16. Drenaj sistemde uzatılmış tubing set üzerinde 1 adet üç yollu musluk bulunmalıdır. Üç yollu musluk üzerinde iğnesiz luer valf ( Ven Valfi ) olmalıdır.
17. Sistem en az 2 m uzunluğunda ve bağlantılar lüverlock konektörlü olmalıdır.
18. Drenaj sistemde damlalık önce 1, damlalık bölümündeki ventilasyon滤resi önünde 1 ve damlalık ve torba arasında 1 adet olmak üzere 3 klemp olmalıdır. Ayrıca dolan torbanın kapatılması için de torba drenaj ağzında tek kullanımlık kilit klemp bulunmalıdır.
19. Drenaj sistemi drenaj durdurulmak istendiğinde klemler ya da 3 yollu musluk sayesinde kapatılabilir.
20. Drenaj sisteme kateter ve torba iki ayrı ambalajda olmalıdır.
21. Uluslararası kabul görmüş kalite uygunluk belgesi olan CE belgesi olmalıdır.

OR4360

1.250 T.L.

Dip. Nöf 310 Dip. İletişim Nöf 9608  
Geçit Nöf 102 İletişim Nöf 9608  
Cemal Sez. ve Hesabları İletişim Nöf 9608  
Prof.Dr. Erol ERKAN

## MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

### ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

*\* İstekte Bulunan Birim İsmi Yazılacak*

S.N.	Malzemenin Adı	Miktar 1	Ölçü Birim	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım			
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	Sut kodu
1	LOMBER DRENAJ SETİ	1	ADET	..... (ay)				.	.... / .... / 201..	OR 4360	1250 T.L.
				..... (ay)			1250 T.L.	.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
				..... (ay)				.... / .... / 201..			
<b>Prof.Dr.Pelin Ertan</b>						<i>..... * İnceleyen</i>					