

PROKSİMAL TIBIA TİTANYUM İNTRAMEDÜLLER ÇİVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Paslanmaz özellikte, yüksek mukavemetli titanyum alaşım olmalıdır.
 - 2- Tibia cismine uygun eğimi olmalıdır.
 - 3- Tibia çivisinin proksimal kısmında 10 derecelik eğimi olmalıdır.
 - 4- Çivinin 4 proksimalde ve 4 distalde kilitleme deliği olmalıdır.
 - 5- Çivinin proksimal kısmındaki vida delikleri hem dinamik hem de statik kilitlemeye imkan vermelidir.
 - 6- Proksimal kısımdaki kilit vidaları 25 derece ve 45 derece açı ile gönderilebilmelidir.
 - 7- Çivi etrafına, dışarıdan bir nişangah yardımıyla blok vidası gönderilebilmelidir.
 - 8- Çivinin retropatellar gönderimi için set içerisinde uygun boy elcek, kılavuzlar ve nişangah mutlaka bulunmalıdır.
 - 9- Kilitleme vidaları hem distalde hem proksimalde değişik açılardan gönderme şansına sahip olmalıdır,
 - 10- Çivi ve tüm set aynı zamanda femur supracondiler kırıklar için de kullanılabilir olmalıdır.
 - 11- Çiviler 8.5 mm, 10 mm, 11,5 mm ve 13 mm çapında olmalıdır.
 - 12- Vidalar ise 5,0 mm çapa sahip olmalı, 30 mm ile 85 mm arası 5 mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır. Proksimal ve distal kilitleme vidaları titanyum tam yivli ve kortikal özellikte olmalıdır. Kilitleme vidalarının istemsiz düşmesini engellemek amacı ile vidalar tornavidaya sabitlenebilmelidir.
 - 13- Tepe vidaları 0 , 5, 10, 15 ve 20 mm boylarında olmalıdır. Tepe vidalarının istemsiz düşmesini engellemek amacı ile vidalar tornavidaya sabitlenebilmelidir.
 - 14- Uygulama setinde kapalı redüksiyonu sağlayacak aparatlar, intramedüller kılavuz ve medulla oyulması için esnek oyucu sistemi bulunmalıdır.
- Malzemelerin sosyal güvenlik güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi amacıyla bir bütünü oluşturan tüm parçaların her birinin ayrı ayrı ulusal bilgi bankası (UBB) kod numarası, güncel GMDN kodları ve ayrıca barkod numarası olması zorunludur.
 - İhale sonrasında, ihalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün faturasını "UBB kodlarını da belirterek" kesecektir. Kesilen fatura en geç 24 saat içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine elden teslim edilmek zorundadır.

