

## KRİO (CRYO) BALON ABLASYON KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ(KR1047)

1. Kateter seti pulmonerven izalasyonu için dokunun dondurularak iletimin sonlandırılmasında kullanılmalıdır.
2. Dondurmalı balon ablasyon kateteri 23mm veya 28 mm çapında olmalıdır.
3. Balon uniform soğutma için 8 jete sahip olmalıdır.
4. Güvenlik amacıyla iç içe 2 balona sahip olmalıdır ve bu balonlar arasında sıvı sensörü bulunmalıdır.
5. Kataterde güvenlik amacıyla sıvı sensörü, kan sensörü ve basınç sensörü olmalıdır.
6. Kataterde ısıyı ölçmeye yarayan thermocouple sensörü bulunmalıdır.
7. Şaft kalınlığı 10,5Fr., uzunluğu 140 cm olmalıdır.
8. Kateter ucu bidirectional 45° yönlendirilebilmelidir.
9. Ablasyon yapıldığında kateter ucu dokuya yapışmalı, böylece ablasyon işlemine geçildiğinde yalnız o bölgenin daha düşük sıcaklıklara soğutulması sağlanabilmelidir.

Doç. Dr. Bekir Şehit YILDIZ  
CBU Tıp Fakültesi  
Kardiyoloji A.D.  
Dip. No: 8792-119810  
Dip. No: 11111

## DAİRESEL VEN HARİTALAMA KATATERİ (KR1053)

1. Katater pulmoner venlerin elektriksel iletimini haritalamak için dairesel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kataterin kalınlığı en fazla 3.3 Fr olmalıdır.
3. Kataterin uzunluğu 165 cm olmalıdır.
4. 15 mm ve 20 mm loop seçenekleri olmalıdır.
5. Katater eşit aralıklı 8 elektroda sahip olmalıdır.
6. Elektrotların uzunluğu 1 mm olmalıdır.
7. Elektrot aralığı 15 mm loop için 4mm; 20 mm loop için 6 mm olmalıdır.

Doç. Dr. Bekir Serhat YILDIZ  
CIBU Tıp Fakültesi  
Kardiyoloji A.B.D.  
Dip. No: 87924119810  
Dip. No: 11111

## STEERABLE SHEATH (DONDURARAK ABLASYON İÇİN) KR1050

1. Sistem steerable sheath ve dilatatörden oluşmalıdır.
2. Sheath'in uzunluğu 81 cm ve dilatatörün uzunluğu 87 cm olmalıdır.
3. 9 Fr ve 10,5 Fr kataterlerle kullanılmaya uygun seçenekleri olmalıdır.
4. Sheath'in ucundan 5 mm geride radioopak marker bulunmalıdır.
5. Sheath'in ucu unidirectional olarak 135°'ye kadar yönlendirilebilmeli, 90°'de 55mm'ye ulaşabilmelidir.

Doç. Dr. Bekir Şerhat YILDIZ  
C.B. Tıp Fakültesi  
Kardiyoloji A.D.  
Dip. No: 87792-119810  
Dip. No: 11111

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

( KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI )

S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	MAL ID	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	KRIO(CRYO) BALON ABLASYON KATETERİ	1	ADET	..... (ay)	MEHMET EFE isimli hastada kullanılmak üzere					..... / ..... / 201..	KR1047	
2	DAİRESEL VEN HARİTALAMA KATETERİ	1	ADET	..... (ay)	MEHMET EFE isimli hastada kullanılmak üzere					..... / ..... / 201..	KR1053	
3	STEERABLE SHEATH (DONDURARAK ABLASYON İÇİN)	1	ADET	..... (ay)	MEHMET EFE isimli hastada kullanılmak üzere					..... / ..... / 201..	KR1050	
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ  
Cep Telefonu: 0531 444 1111  
Kardiyoloji A.D.  
01862 111 111  
Dip.Tel. No: 8 192 111  
TRTİ (NİDİP)  
Dip.Tel. No: 8 192 111