

MALEKOT NEFROSTOMİ KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 30 cm uzunluğunda poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
2. Çapı 6 Fr olmalıdır.
3. 30 cm uzunluğunda PVC den üretilmiş bağlantı tübü olmalıdır.
4. Sabitleyici silikondan imal retension disk bulunmalıdır.
5. Bir adet radyoopak bükülebilir stilet bulunmalıdır.
6. Bir adet tek yönlü stopcock olmalıdır.
7. Hepsı aynı paket içinde ve steril (en az 2 yıl süreli) olmalıdır.
8. SGK 'ya fatura edilebilmesi için UBB numaraları, barkodları ve güncel GMDN kodları bulunmalıdır.
9. Teklif veren firmalar klinik uygunluğu için birer adet numune verecektir.

Prof. Dr. Esra ÖZER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yenidoğan Uzmanı

Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Enf. Enf. Anst.

Dip. Yöneli No: 7951

Dip. No: 7216

[illegible]

Prof.Dr.Fehime Esra ÖZER
Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Seyhun KÜRŞAT
Başhekim