

RF ABLASYON KATETERİ
(KR1041)

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluđu 92cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. Kateter kalınlıđı 6F'tir.
7. Kateter uç elektrodu 4mm'dir.
8. C, D, E ve F olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahiptir.

Prof Dr. Mustafa Özcan Soğlu

KORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)

1. Kateter 10 elektrodlu olmalıdır.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilmelidir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklinde olmalıdır.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmalıdır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm olmalıdır.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırabilir olmalıdır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm olmalıdır.
8. Katterin şaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmamalıdır.
9. Kateterin şaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Sağdıç



(.....KARDIYOLOJİ ANJIYO LAB.....)

* İstekte Bulunan Birim İsmi Yazılacak