

MEME EKSPANDER ŞARTNAMESİ

- 1.DOKU GENİŞLETİCİ, SİLİKON ELASTOMERİNDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR.
- 2.DOKU GENİŞLETİCİ ÜZERİNDE TABANI BELİRLEYİCİ İŞARET OLACAKTIR.
- 3.DOKU GENİŞLETİCİ STERİL AMBALAJINDA OLACAKTIR.
- 4.DOKU GENİŞLETİCİNİN MAGNA FINDER SİSTEMİ İLE DOLUM YAPILABİLECEK OLMALIDIR.
- 5.DOKU GENİŞLETİCİ SIVI ENJEKSİYONU İLE ŞİŞİRİLEBİLİR OLACAKTIR.
- 6.DOKU GENİŞLETİCİ TEK KULLANUMLIK OLACAKTIR.
- 7.DOKU GENİŞLETİCİ ANATOMIC TİPTE OLACAKTIR.
- 8.DOKU GENİŞLETİCİNİN MAGNA FINDER SİSTEMİ KUTU İÇERİĞİNDE BULUNACAKTIR.
- 9.DOKU GENİŞLETİCİNİN DOLUM KISMI MIKNATIS SİSTEMİ İLE RAHAT DOLUM YAPILABİLİCEK SİSTEMDE OLMALIDIR.
- 10.DOKU GENİŞLETİCİNİN ÖLÇÜLERİ AMELİYAT ESNASINDA BELİRLENECEK VE FATURALANDIRILMA BUNA GÖRE YAPILACAKTIR.
- 11.HER PAKET ÜSTÜNDE ÜRÜNÜN ADI,SON KULLANMA TARİHİ,ÜRETİCİ FIRMA ADI,UBB YAZILI BARKOD ETİKETİ OLACAKTIR.

MALZEME	HACİM	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	PROJEKSİYON	ADET
MEME EKSPANDER	750 cc	15 cm	15.5 CM	6.7 CM	1