

MEME EKSPANDER ŞARTNAMESİ

- 1.DOKU GENİŞLETİCİ, SİLİKON ELASTOMERİNDEN YAPILMIŞ OLACAKTIR.
- 2.DOKU GENİŞLETİCİ ÜZERİNDE TABANI BELİRLEYİCİ İŞARET OLACAKTIR.
- 3.DOKU GENİŞLETİCİ STERİL AMBALAJINDA OLACAKTIR.
- 4.DOKU GENİŞLETİCİNİN MAGNA FINDER SİSTEMİ İLE DOLUM YAPILABİLECEK OLMALIDIR.
- 5.DOKU GENİŞLETİCİ SIVI ENJEKSİYONU İLE ŞİŞİRİLEBİLİR OLACAKTIR.
- 6.DOKU GENİŞLETİCİ TEK KULLANUMLIK OLACAKTIR.
- 7.DOKU GENİŞLETİCİ ANATOMIC TİPTE OLACAKTIR.
- 8.DOKU GENİŞLETİCİNİN MAGNA FINDER SİSTEMİ KUTU İÇERİĞİNDE BULUNACAKTIR.
- 9.DOKU GENİŞLETİCİNİN DOLUM KISMI MIKNATIS SİSTEMİ İLE RAHAT DOLUM YAPILABİLİCEK SİSTEMDE OLMALIDIR.
- 10.DOKU GENİŞLETİCİNİN ÖLÇÜLERİ AMELİYAT ESNASINDA BELİRLENECEK VE FATURALANDIRILMA BUNA GÖRE YAPILACAKTIR.
- 11.HER PAKET ÜSTÜNDE ÜRÜNÜN ADI, SON KULLANMA TARİHİ, ÜRETİCİ FIRMA ADI, UBB YAZILI BARKOD ETİKETİ OLACAKTIR.

MALZEME	HACİM	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	PROJEKSİYON	ADET
MEME EKSPANDER	500 GR	13.0 CM	13.5 CM	5.7 CM	1

Prof. Dr. Teoman COŞKUN
Dip. Tes. No: 48784