

AGLÜTİNASYON TESTLERİ			ŞARTLAR
Test adı	Birim	Adet	
RPR	4 ml	4	T. pallidum tespit edebilen belirteç (reagent) antijen içermeli
Rose Bengal	10 ml	12	B. abortus S99 suşu içermeli
Monospot (Anti heterofil antikor) testi		900 test	Heterofil antikorlarla reaksiyon verebilen lateks partikül içermeli
Treponema pallidum hemagglütinasyon (TPHA) testi		400 test	T. pallidumla kaplı kuş (tavuk) eritrositleri içermeli, kontrol solüsyonları olmalı
İMMÜNOKRAMOTOGRAFİK TESTLER			
Helicobacter pylori antijen testi		1000	Gaitada kromatografik yöntemle Helicobacter pylori antijenini kasette tespit edebilmelidir. Kasette test sonucuyla beraber kontrol sonucu da aynı anda tespit edilmelidir. Kit tek kullanımlık olmalı, pozitif ve negatif solüsyonlar içermelidir.
İMMUNOCAPTURE COOMB'SLU BRUCELLA TESTİ		6000	Test anti brucella antikokurunu coombs antikoru kullanarak immunocapture yöntemiyle tespit etmelidir. Serum veya plazma örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır. Mikrokuyucuklar IgG, IgA ve IgM sınıfı antihuman antikorları ile kaplı olmalıdır. Brucella antikoru tespiti için B. melitensis ve B. abortus antijenleri kullanılmalıdır.

Talat Ecemiş
Doç. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 55319

Hürri Gazi
Prof. Dr. Hürri GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809

MANUEL SEROLOJİ TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Serolojik testler, aşağıda isimleri, miktarları ve şartları belirtilen testlerden oluşmaktadır.
2. İhale teklifleri belirtilen kitlerin tümüne birden teklif vermelidir.
3. Kitlerin tümü serum veya plazma örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Testlerin hazırlanması ve çalışması için gereken kimyasal malzemeler, özel ekipmanlar kit ile birlikte verilmelidir.
5. Teklif edilen kitlerin raf ömrü, satın alındığı tarihten başlayarak en az 12 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 2 ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma (ihaleyi alan firma) tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz değiştirilmelidir.
6. Kitlerin içinden çıkan reaktifler yetmediği veya bozuk çıktığı takdirde, sorunlu ürünler ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
7. Testler için gerekli olan; 1000 adet halkalı beyaz kart, 1000 adet ependorf tüpü, 500 adet 12X75 mm cam tüp, 96 kuyucuklu 10 adet plate (TPHA testine uygun) ve 10 lt %0.09 NaCl solüsyonu ilgili firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.
8. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı teklif verilen kitlerin transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma tüm durumlarda Anabilim Dalı tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.


Doç. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 55319


Prof. Dr. Hürri GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809