

MİDE YIKAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Set, şuuru açık veya kapalı hastalarda pratik bir şekilde, yerçekimi kuvveti ile mide yıkama imkanını sağlayacak aynı zamanda aktif kömür gönderebilecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Set tamamen yerçekimi kuvveti ile çalışmalı bu sayede hiçbir aparata ve dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan kullanılabilirdir
- 3- Her bir set aşağıdaki ürünleri içermelidir.
 - a- En az 3lt.maksimum 4 lt kapaklı ve klempili solüsyon torbası bulunmalıdır.
 - b- En az 5lt kapaklı ve klempili drenaj torbası olmalıdır.
 - c- Bir adet ısırma bloğu olmalıdır.
 - d- Bir adet çam uçlu lavaj enjektörü olmalı, enjektör lavaj tüpün midede olup olmadığını doğrulamak için kullanılmalıdır.
 - e- Bir adet single lümen lavage tube bulunmalıdır.
 - f- Bir adet Ünlversal Üçlü Konnektör olmalı; konektörün bir ucu solüsyon torbasına, bir ucu drenaj torbasına ve bir ucu da lavage tüpe bağlanabilmelidir. Üçlü konektörün üzerinde ayrı olarak bir vidalı adaptör olmalı ve mide yıkama işlemi bitikten sonra aktif kömür tüpü bu adaptöre kolayca takılıp aktif kömür uygulaması yapılabilmelidir.
- 4- UBB (Ulusal bilgi banka) kodu olmalıdır.

MANİSA CBÜ TIP FAK. HASTANESİ
Acil Tıp AD
Doç. Dr. Muhammed İktbal ŞAŞMAZ
Dip. Tes. No : 143891