

MİDE YIKAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Set, şuuru açık veya kapalı hastalarda pratik bir şekilde, yerçekimi kuvveti ile mide yıkama imkanını sağlayacak aynı zamanda aktif kömür gönderebilecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Set tamamen yerçekimi kuvveti ile çalışmalı bu sayede hiçbir aparata ve dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan kullanılabilir.
- 3- Her bir set aşağıdaki ürünleri içermelidir.
 - a- En az 3lt maksimum 4 lt kapaklı ve klempili solüsyon torbası bulunmalıdır.
 - b- En az 5lt kapaklı ve klempili drenaj torbası olmalıdır.
 - c- Bir adet ısırma bloğu olmalıdır.
 - d- Bir adet çam uçlu lavaj enjektörü olmalı, enjektör lavaj tüpün midede olup olmadığını doğrulamak için kullanılmalıdır.
 - e- Bir adet single lümen lavage tube bulunmalıdır.
 - f- Bir adet Universal Üçlü Konnektör olmalı; konektörün bir ucu solüsyon torbasına, bir ucu drenaj torbasına ve bir ucu da lavage tüpe bağlanabilmelidir. Üçlü konektörün üzerinde ayrı olarak bir vidalı adaptör olmalı ve mide yıkama işlemi bitikten sonra aktif kömür tüpü bu adaptöre kolayca takılıp aktif kömür uygulaması yapılabilir.
- 4- UBB (Ulusal bilgi banka) kodu olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Adnan BİLGE
CBB Tıp Fak. Hastanesi
Doküman No: 0026
Diyadin / Uzunluk / Tesis No: 197895