


MIKRO KATETER / TRANSEND KIT

1. mikro kateterler, azami 0.018" Kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. mikrokateterin kullanım uzunluğu 105, 115 veya 135cm olmalıdır.
3. mikrokateter, 3.0F proximal dış kateter çapına (O.D) ve 2.8F distal dış kateter çapına (O.D) sahip olmalıdır.
4. mikrokateter proksimalden distale değişmez 0.027" iç kateter çapına (I.D) sahip olmalıdır.
5. mikrokateter braided olmalıdır (Fiber ve platinum örgülü Vortec Plus dizaynı).
6. mikrokateterin floppy uç uzunluğu 10 veya 20cm olmalıdır.
7. mikrokateterin iç lumeni Kılavuz tellerin içinden geçişini ve akışkanlığı kolaylaştıran PTFE-teflon kaplama olmalıdır.
8. mikrokateterin Hub'ı şeffaf olmalı ve içinden gönderilen malzemelerin durumunu kolaylıkla kontrol edebilme imkanı vermelidir.
9. mikrokateter, 800psi maksimum dinamik basınca dayanıklı olmalıdır.
10. mikrokateter, damarların içinde daha rahat hareket edebilsin diye kayganlığı artırıcı özel Hydropass Hidrofilik malzeme ile kaplı olmalıdır.
11. mikrokateter, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
12. Aynı steril paket içinde .018" kılavuz tel bulunmalıdır.
13. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
14. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.


DR. ÖZ. ÜYESİ FATİH DÜZGÜN
C.B. Ü. Radyoloji A. D.
Dip. No: 10884
Uzm. Tescil No: 119584