

MİKROSKOP KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-MİKROSKOP KILIFININ NAYLONU POLİETİLEN MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR,MİKRON KALINLIĞI EN AZ 8 – 9 OLMALIDIR.

2-KILIF MELİYAT MİKROSKOPUNU OBJEKTİF,ANA GÖVDE,VİDİO KAMERA VE GÖZLEM TÜPÜNÜ ÖRTECEK BÜYÜKLÜKTE VE UZUNLUKTA OLMALIDIR.

3-KILIFIN OBJEKTİF DELİĞİ OLMALI VE BU OBJEKTİF DELİĞİ MİKROSKOPUN DELİĞİNDEN NE BÜYÜK OLMALI NEDE KÜÇÜK OLMALI OBJEKTİF İLE UYUMLU OLMALI.MERCEK ÇAPI 65MM OLMALDIR MERCEK IŞIK YANSIMASINI KIRACAK ŞEKİLDE YATIK OLMALI.

4-KILIFIN OBJEKTİF DELİĞİ MİKROSKOP OBJEKTİFİNE TAKILDIĞINDA ARADAKİ MESEFA BİNOKÜLER BAŞLIKLARI RAHATÇA HAREKET EDEBİLECEĞİ ŞEKİLDE OLMALIDIR.

5-KILIFI ÜZERİNDE OBJEKTİF DELİĞİNİ ÖRTECEK OLAN CAM ÇIKARTILMADAN KULLANIMA EL VERİŞLİ OLMALIDIR.

6-KILIF ÜZERİNDE TESPİT EDİCİ YAPIŞKAN BANTLAR OLMALIDIR, 2 KUŞAKLI OLMALI GÖVDEYİ SARABİLMEMLİ.

7-STERİL TEK PAKETLER HALİNDE OLMALI VE PAKETLERİN ÜZERİNDE ÜRETİM TARHİ SON KULLANIM TARİHİ BARKOT NUMARASI OLMALIDIR.

8-T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) KAYITLI VE ÜRÜNLERDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR İBARESİ OLMALIDIR.İHALEYE KATILAN FİRMA SÖZ KONUSU ÜRÜNE AİT BAYİLİK KODU DA BULUNUCAKTIR.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Rean. AD
Tescil No: 100366