

MUAYENE SEDYE ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kağıt en az 23gr/m² ağırlığında 1.kalite olmalıdır.
- 2) Muayene sedye örtüleri sıvıyı altına geçirmemelidir.
- 3) Laminasyon 10 micron YYPE olmalıdır.
- 4) Eni 51 cm olmalıdır.
- 5) Rulo boyu en az 50 metre olmalıdır.
- 6) Laminasyon kağıttan ayrılmamalıdır.
- 7) Ruloda 50 cm perforajlı (kopma noktalı) en az 100 yaprak olmalıdır.
- 8) Her rulo ayrı ayrı ambalajlanıp koliye konmalıdır.
- 9) ISO 9001:2008 kalite standartlarına uygunluk belgesi olmalıdır.
- 10) Ürünün TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- 11) Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
- 12) Ruloların yanında muayene sedyesine uygun rulo asma aparatı olmalıdır. Bu aparatların sayısı hastane tarafından belirlenecektir. En az 6 adet , en fazla 12 adet.
- 13) Numune üzerinden hastane idaresi değerlendirme yapacaktır.

