

NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN (S.M.L.)

1. Tabii kauçuktan muayene amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Esnek ve sağlam olmalı, yırtılmalara dayanıklı olmalıdır.
3. Sağ ve sol ayrımı olmalıdır. Her iki ele de uyumlu anatomik yapıda olmalıdır.
4. Hipoallerjenik ve pudralı olmalıdır.
5. Dokusu düzgün olmalıdır.
6. 100'lükkutular halinde paketlenmiş olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde üretim tarihi ve ebadı yazılı olmalıdır.
8. En az 5 adet numune gönderilecek
9. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek
10. UBB Kaydı olmalıdır.

CBÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgül KARACA

