CS CORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)

1. Kateter 10 elektrodludur.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklindedir.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmaktadır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm'dir.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm'dir.
8. Katterin şaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmaz.
9. Kateter, uygun kablo kullanıldığında Carto 3 sistemi tarafından otomatik olarak algılanır.
10. Kateterin şaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıdadır.

Doç.Dr. Berkil Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 87792-119610
Dip.No: 11111

CamScanner ile tarandı

MANİSA CELALBAYAR ÜNİVERSİTESİ
HAFSA SULTAN HASTANESİ

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(.....KARDİYOLOJİ ANJİYO LAB.....)

SN.	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	CS CORONER SİNÜS KATETERİ	1		..... (ay)	MUHAMMET SAYİT ÜNVER isimli hastada kullanılmak üzere					20..	10005	
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		
				..... (ay)						20..		

Doç.Dr. Necip Sırrı Yıldız
CBÜ Tıp Fakültesi
Dip.Tıp Farmakoloji A.D.
Sicil No: 077921119810
Diploma No: 14444