


QUADRAPOLAR DİAGNOSTİK KATETER
(KR1057)

1. Kateter 4 elektrodudur ve elektrod dizilimi 2-5-2 mm şeklindedir.
2. Kateterin tip elektrodu 1 mm dir.
3. Kateter 6F kalınlığında ve 115 cm uzunluğundadır.
4. Josephson curve ve cournand curve seçeneklerine sahiptir.
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırır.

Prof. Dr. Mustafa Özen Saylı




**KORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)**

1. Kateter 10 elektrodlu olmalıdır.
2. Deflectable uni-directional kateterler, itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilmelidir.
3. Elektrodlar Platinum/Irridium karışımı olup, dizilimi 2-8-2 şeklinde olmalıdır.
4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmalıdır (D ve F).
5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm olmalıdır.
6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini artırabilir olmalıdır.
7. Kateterin tip elektrodu 2mm olmalıdır.
8. Katterin shaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmamalıdır.
9. Kateterin shaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını arttırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Şafak

RF ABLASYON KATETERİ(BI-DIRECTIONAL)
(KR1043)

1. Kateter 4 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 115cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
6. Kateter kalınlığı 7F'tir.
7. Kateter uç elektrodu 4mm'dir.
8. D-F ve F-J olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahiptir.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Sağlar


MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	(Varsa) En Son Alım				
						Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	
1	QUADRAPOLAR DİAGNOSTİK KATETER	1	ADET (ay)	MUSTAFA BUDAKÇI isimli hastada kullanılmak üzere	Var	Yok / / 201..	KR1057	SUT Fiyatı
2	CS KORONER SİNÜS KATETERİ	1	ADET (ay)	MUSTAFA BUDAKÇI isimli hastada kullanılmak üzere		 / / 201..	KR1055	
3	RF ABLASYON KATETERİ	1	ADET (ay)	MUSTAFA BUDAKÇI isimli hastada kullanılmak üzere		 / / 201..	KR1043	
			 (ay)			 / / 201..		
			 (ay)			 / / 201..		
			 (ay)			 / / 201..		
			 (ay)			 / / 201..		
			 (ay)			 / / 201..		
			 (ay)			 / / 201..		
			 (ay)			 / / 201..		

Prof. Dr. Mustafa Dinceroglu