

S N.	Malzemenin Adı	Miktar ı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	Sut kodu	
	Ayarlanabilir Şant Valfi	1	Adet	 (ay)					2800 T.L.	 / / 201..	KN 1047	2800 T.L.
	Ventüküler Kateter	1	Adet	 (ay)					190 T.L.	 / / 201..	KN 1037	190 T.L.
	Peritaneal Kateter	1	Adet	 (ay)						 / / 201..	KN 1038	220 T.L.
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
				 (ay)						 / / 201..		
Prof.Dr.Cüneyt TEMİZ İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						Prof.Dr.İsmet TOPÇU Başhekim						

AYARLANABİLİR ŞANT VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şant dairesel gövdeli ve contoured tabanlı olmalıdır. Gövdesi tıkanma, yapışma, deform enfeksiyon riskini en aza indirgeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Şant sistemi 1,5 Tesla MRI ve CT uyumlu olmalıdır.
3. Şant ayrı basınç seviyelerinde en az 8 ayrı kademede çalışmalıdır (30-200 mmH₂O). Fazla basınç düzeyleri tercih sebebidir.
4. Şant gövdesi üzerinde basınç seviyesini gösteren radyopak işaretler ve akış yönünü gösteren ok işareti olmalıdır. Valf üzerinde sütür atmak için 2 adet delik bulunmalıdır.
5. Şant'ın proximal uç girişinde ani boşalmayı önleyen düzenek yarım daire şeklinde yaylı valf mekanizma bulunmalıdır.
6. Ayar mekanizması manyetik alanlardan asgari etkilenecek şekilde çift taraflı mıknatıslı olmalıdır.
7. Şant'ın iç mekanizması tıkanma riskini en aza indirgeyen yapıda olmalı.
8. Şant'ın en fazla 16mm çapında dairesel yan yüzeyi bulunmalıdır.Şant'ın gövde uzunluğu en çok 19mm, yüksekliği en çok 4.6mm olmalıdır.
9. Şant çift steril ambalajda ve koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.
10. UBB kaydı ve Uluslararası Kalite Belgeleri olmalıdır.

VENTRİKÜLER KATETER

1. Ventriküler Kateter silikondan imal edilmiş olmalı, yuvarlatılmış radyo opak madde emdirilmiş ucu olmalıdır.
2. Kateter şeffaf olmalı, üzerinde silikon yüzey içine gömülmüş baryum radyo opak çigili olmalıdır.
3. Kateter üzerinde mesafe tayinini sağlayan, uçtan başlayarak her 5 cm aralıkta radyo opak işaret bulunmalıdır.
4. Kateter ucunda 16mm mesafeye kadar 4 sıralı, çapraz yerleştirilmiş 20 delikten oluşmalıdır.
5. Kateterin kolay yerleştirmeyi sağlayan paslanmaz çelikten stilesi olmalıdır.
6. Kateterin kafatası deliğinin üstünde tam kapanan, kateterin katlanmasını engelleyen üzerinde iki adet sütür deliği olan dik açılı parçası bulunmalıdır.
7. Kateterin dış çapı en fazla 2.5mm dik, iç çapı en az 1.3mm, boyu en az 230mm olmalıdır.

PERİTONEAL KATETER

1. Peritoneal katater silikondan imal edilmiş olmalı ve kesik uçlu olmalıdır.
2. Kateter'in baryum emdirilmiş silikon elastomer radyo opak dokusu olmalıdır.
3. Kateter ucundan 4 sıralı, çapraz yerleştirilmiş delikleri olmalıdır.
4. Kateter'in dış çapı en fazla 2.5mm, iç çapı en az 1.1mm, uzunluğu 110cm ±15 cm olmalıdır.
5. Kateter'çift steril poşette, koruyucu karton kutu içinde olmalıdır.