



**KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER
STENT GREFT, KONTRALATERAL BACAK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.
2. Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.
3. Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.
4. 10mm'den 28mm'e kadar değişen distal çaplarda ve çeşitli uzunluklardadır.
5. Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 16F'dir.
6. Dar, tortuöz, açili ve kalsifik lezyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.
7. Kullanılacak bacak ana gövdeyle uyumludur.


Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

**KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVİZMASI İÇİN ENDOVASKÜLER
STENT GREFT, İLİAK UZATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.
2. Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.
3. Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.
4. 10mm'den 28mm'e kadar değişen distal çaplara sahiptir.
5. Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 18F'dir.
6. Dar, tortuöz, açılı ve kalsifik lezyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.
7. Kullanılacak ana gövdeye veya kontralateral bacağına uygunluk göstermektedir.


Prof. Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

AORTİK BALON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan endovasküler stent greftler için özel olarak üretilmiştir.
2. Compliant bir balon türüdür.
3. 46mm'ye kadar genişleyebilmektedir.
4. Balonun proksimal ve distal noktalarını gösteren radiopaque markerları bulunmaktadır.
5. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasını engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmaktadır.

KV1198


Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı


**KISA VE AÇILI ABDOMİNAL AORT ANEVİZMASI İÇİN
ENDOVASKÜLER STENT GREFT AORTA-UNİ-İLİYAK SİSTEM
ANA GÖVDE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.
2. 10mm'lik infrarenal boyun uzunluğuna uygundur.
3. 75 derece'lik infrarenal boyun açısına uygulanabilir.
4. Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.
5. Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.
6. Abdominal greftlerde 23mm'den 36mm'e kadar değişen proximal çap ölçüleri bulunmaktadır.
7. Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F'dir.
8. Dar, açılı ve kalsifik lezyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.
9. Greftler supra-renal fiksasyona sahiptir.
10. Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçlı kancalar bulunmaktadır.
11. Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayrı bir mekanizması mevcuttur.

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)



S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşıklık kullanımı süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		Miktarı	Fiyatı	Tarih	(Varsa) En Son Alım			SUT Fiyatı
						Var	Yok				SUT Kodu	Malayd	1	
1	EVAR PAKET	1	Adet	10 (ay)	İhtiyaç nedeniyle					 / / 2020	KV 4000		25.500 TL	
2	AORTİK BALON	1	Adet	(ay)	İhtiyaç nedeniyle					 / / 2020	KV11 98		1.218 TL	
3				 (ay)						 / / 2020				
4				 (ay)						 / / 2020				
				 (ay)						 / / 2020				
Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU Kalp Damar Cerrahisi ABD Başkanı						Prof.Dr.Seyhun KÜRŞAT Başhekim								