

KASET YAZMA VE LAM YAZMA CİHAZLARI İÇİN MÜREKKEP KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün laboratuvarımızda kullanılan Leica Marka Kaset Yazma ve Lam Yazma cihazlarına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün seti içerisinde en az 280 ml mürekkep, 25 adet orijinal kafa temizleme çubuğu, 1 adet mürekkep kartuşu ve kaset yazma cihazının yazıcı kafasının kurumasını engelleyen (metal tutucu aparat üzerine yerleştirilmiş) 1 adet kafa contası olmalıdır.
3. Teklif edilen kartusun en az 30.000 adet kaset yazma kapasitesi olmalı veya her kartuş en az 4 ay kullanılabilmelidir.
4. Teklif edilen ürünlerdeki mürekkep ile yazılan yazılar formalin, alkol, ksilol, parafin ve asetondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün mürekkebi kaset yazma cihazındaki UV (ultraviyole) ışık altında hemen kuruyacak özellikte olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün lam ve kaset yazma cihazlarının yazıcı kafa aksamında ve bağlantı hortumlarında kuruma yapmamalıdır.
7. Teklif veren firmalar kartuştan kaynaklı oluşabilecek arızaların giderilmesini derhal ve ücretsiz yapacağını yazılı olarak taahhüt etmelidir.
8. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin 2 ay önceden bildirildiğinde daha uzun miadlı olan ürünlerle değişimi firma tarafından sağlanmalıdır.
9. Teklif edilen ürün, orijinal ambalajda olmalı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) ve seri numarası belirtilmelidir.
10. Teklifte ürünün özellikleri şartname kalemleriyle ilişkilendirilmelidir.
11. Ürünün barkod numaraları, ürün ambalajı üzerinde yer almalıdır.
12. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, üretici firma adı, üretim parti (LOT) ve seri numarası, miat bilgileri ve firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.



Prof. Dr. Aydın İŞİSAĞ
Tıbbi Patoloji AD
Öğretim Üyesi