

MİKROSKOP AMPULÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-Ampul basit laboratuvar mikroskoplarında kullanılabilir olmalıdır.

2-Duy tipi G4 olmalıdır.

3-6V,20 W kapsül halojen(veya iğne ayak) olmalıdır.

4-Işık akası 460 lumen olmalıdır.

5-En az 100 saat ömürlü olmalıdır.


Mikroskop Koordinatörü