



İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ :		(Varsa) En Son Alım					ONAY								
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				İSTEK SAYISI:		İstek Nedeni		Depo Stok Durumu		Miktarı		Fiyatı		Tarih		SUT Kodu		SUT Fiyatı	
				İsteğin yaklaşık kullanım süresi		İstek Nedeni		Var		Yok		Miktarı		Fiyatı		Tarih		SUT Kodu	
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUNDUR	DEĞİLDİR				
1	Mini Plak	3 Adet		2 Hafta	İhtiyaç				530,00 TL	01/08/2015	TV2130	530,00 TL							
2	2 mm Kilitli Kortikal Vida	15 Adet		2 Hafta	İhtiyaç				105,00 TL	01/08/2015	TV1150	105,00 TL							
3	2 mm Kortikal vida	15 Adet		2 Hafta	İhtiyaç				95,00TL	01/08/2015	TV1010	95,00TL							
Uzm.Dr.Koray Tosyalı Dip.Tes.No:139011 Uzm.Tes.No:105616						Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi İmza													

..... / / 20...
Prof. Dr. SEYHUN KÜRŞAT
Başhekim

MINİ PLAK TİTANYUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİĞİ:

- 1- Ürün Ti6A14V,5832-3 ASTM F 136 standart malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Ürün el ve ayak parmak kırıklarının yaklaşımları için kullanılmalıdır.
- 3- Ürünün gerektiğinde üzerinde kompresyon ve kilitli (locking) vida uygulama yapılabilmesini sağlayan kombine delikleri içeren (combined holes) tipi de olmalıdır.
- 4- Ürün üzerinde compression için en fazla 2 adet combined holes diğer delikler düz tek vida atılabilen olmalıdır.
- 5- Ürüne 2 mm çapında kilitli, kilitsiz, cortical vidalar uygulanabilmelidir.
- 6- Ürüne kilitli vidalar uygulandığında, vida başı plak yüzeyinden 0,1mm aşağıda olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır (low profile).
- 7- Plakların yüzey işlemi anodizasyon tip 2 ile renklendirilmelidir.
- 8- Ürün kaplaması boyama ile değil elektirik voltajı ile yapılmalıdır.
- 9- Ürün her iki ucu ve konturları minimal invaziv uygulanabilecek şekilde kolayca dokudan iletilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 10- Ürüne dışarıdan guide sistemi uygulanarak vidalama yapılabilme özelliği olmalıdır.
- 11- Plakın 4, 5,6,8,9,10,11,12,13,14 delikli ebatları olmalıdır.
- 12- Ürünün (CE) belgesi olmalıdır.
- 13- Ürün izlenebilirliği olması için lot nosu olmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.
2. Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.
3. Firma malzemenin kullanıldığı (eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

*Uzm.Dr.Koray Tosyalı
Dip.Tes.No:139011
Uzm.Tes.No:105616*