

**3 BOYUTLU HARİTALAMA KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (BI-DIRECTIONAL)
(KR1045)**

1. Kateter 6 elektrodudur.
2. Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3. Kateter uzunluğu 115cm'dir.
4. Kateter üzerinde bulunan noktasal deliklerden sıvı akışı sağlayarak ırrigasyonlu RF ablasyon yapabilmektedir.
5. Kateter ucunda bulunan koiller (manyetik sensör) sayesinde elektroanatomik mapping cihazı ile haberleşip anatomik mapping yapmaya olanak sağlar.
6. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
7. Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
8. Kateter kalınlığı 8F'tir.
9. Kateter uç elektrodu 3.5mm'dir.
10. Kateterin uç elektrodunda thermocouple sensör bulunmaktadır.
11. D-F VE F-J olmak üzere bi-directional curve seçeneklerine sahiptir.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Leys

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, 3 BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA KATETERİ (KR 3010)

- Kateter, kardiyak elektrofizyolojik çalışmalarda atrium ve ventrikülde kullanım için endike edilebilmelidir.
- Kateter üzerinde bulunan 20 elektrod ile, kardiyak alanda, aynı anda pek çok nokta haritalanabilir, bu sayede vaka ve floroskopi zamanı azalabilmelidir.
- Kateter üzerinde bulunan 1mm genişliğinde elektrodlar sayesinde yüksek sinyal çözünürlüğü elde edilebilmelidir.
- Endokardium ile temasta bulunan 3F kalınlığında, atravmatik ve esnek 5 tane kolu bulunmalıdır.
- Yıldız şeklindeki esnek kollar sayesinde, yüksek yoğunlukta haritalar oluşturabilmelidir.
- Kullanım kolaylığı sağlayan konnektör sayesinde, kullanıcı kateteri CARTO3 3D haritalama sistemine rahatlıkla bağlanabilmelidir.
- Kateteri 2 farklı platformda elektrod yerleşimi; 4-4-4 ve 2-6-2 ve 2 farklı uç eğitimi; F ve D sunabilmelidir.
- Kateterin gövde kalınlığı 7F, boyu da 115cm olmalıdır.
- Kateter irrigasyonlu olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Örcan Saygı

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



S N	Malzemenin Adı	Mikta rı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Vat	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih			
1	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, 3 BOYUTLU KOMPLEKS HARİTALAMA KATETERİ	1	ADET	 (ay)	NAİME AKTAŞ isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..		KR3010	
2	3 BOYUTLU HARİTALAMA KATETERİ (BI-DIRECTIONAL)	1	ADET	 (ay)	NAİME AKTAŞ isimli hastada kullanılmak üzere					 / / 201..		KR1045	
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			
				 (ay)						 / / 201..			

PROF.DR. MUSTAFA ÖZCAN SOYLU