

NEBULİZATÖR SET OKSİJEN MASKELİ (ERİŞKİN VE ÇOCUK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
2. Yumuşak, şeffaf, tahriş etmeyen, non toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.
4. Kolayca temizlenebilmelidir.
5. Maskenin O₂ giriş yeri ile flowmetre arasında ara konektörü olmalı ve hortumu en az 200 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Hastaya ve oksijen kaynağına kolay bağlanılabilir olmalı rahatsız edici koku içermemelidir.
7. Haznesi şeffaf, en az 8 ml kapasiteli PS kristal, PP vb. sert termoplastik malzemeden olmalı ve uygulama sonrası rezidüel hacmi 0.7 ml yi aşmamalıdır.
8. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
9. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.
10. Maskenin her iki yanında fazla O₂ ve CO₂'i çıkaracak delikler olmalıdır.
11. Hortumu kaza ile kırılrsa bile O₂'ni iletebilme özelliğine sahip olmalıdır.
12. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.
13. Maskenin hortum kısmı oksijen sistemine bağlı olan manometreye uyumlu olmalı, kolay takılmalı, kendiliğinden çıkmamalıdır.
14. Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.
15. Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalıdır.
16. İlaç vermeye uygun haznesi olmalıdır.
17. İlaç haznesi 8 ml. kapasiteli olmalıdır.
18. Erişkin ve çocuk boyları olmalıdır.
19. Teklif veren firma denenmek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
20. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
21. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
22. Ürünün UBB ve UTS belgesi olmalıdır.

72
Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

BASINÇ TRANSDUSER SETİ (TEKLİ) ŞARTNAMESİ

1. Set, basınç monitorizasyonu için kullanılacak bir sistemdir.
2. Arteriyel basıncı ölçmelidir.
3. Set kendinden yıkama sistemli, tek basınç izleme olanağı sağlamalıdır.
4. Bir adet tek kullanımlık transduser, üçlü musluklar ve basınç hattı içermelidir.
5. **Basınç hattı;** kink-resistan, uçları luer-lock uygulamalı, PVC'den yapılmış olmalıdır.
6. Transduser' den sonra en az 120 $\pm$ 5 cm' lik basınç izleme hattı, üç yollu musluk ve sonunda 30 $\pm$ 5 cm. bir basınç izleme hattı daha olmalıdır.
7. Transduser üzerinde yıkama yapmayı sağlayacak flush mekanizması sıkmalı veya çekmeli olacaktır.
8. Set hastaya bağlanıldığında istendiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
9. -50,+300 mm/Hg basınç aralığında çalışabilmelidir.
10. **Basınç transduserleri ile birlikte hastanemizde kullanılan monitörlere uygun bağlantı kablosu sağlanmalıdır. (Monitörlere uygun bağlantı kablosunu firma getirmez ise uygunluk verilmeyecektir.)**
11. Firma her 5 set için bir (1) adet basınç seti teslim etmelidir.
12. Set; steril paket içerisinde kullanıma hazır biçimde monte edilmiş olmalı ve paket üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
13. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir
14. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az $\pm$ 2 yıl olmalıdır.
15. Onaylı ürün (barkod) numaraları, ürün ambalajı üzerinde yer almalıdır.
16. Firma her 5 set için bir (1) adet çiftli holder teslim etmelidir.
17. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü