

Negatif Basınç Yardımlı Yara Tedavisi Sistemi Kapama Örtüsü Teknik Şartnamesi

1. Ürün, Negatif Basıncı Yara Tedavisi (NBYT) Sistemi ve NBYT cihazından fayda görece ve az ve orta derecede eksudalı yarası olan hastalarda kullanım için endike olmalıdır.
2. NBYT yara kapama örtüsü tek kullanımlık olmalıdır.
3. Teklif edilecek örtü 5 katmanlı ve eksuda yönetimi yapabilen yapıda olmalıdır.
4. Örtü yara temas tabakası sodyum karboksimetilselüloz (NaCMC) oluşmalı ve ayrıca Hydorofiber öbek katmanı sayesinde eksuda toplayabilme özelliğine haiz olmalıdır. Bu özelliği sayesinde toplama kabı ihtiyacı ortadan kalkmalıdır.
5. Örtü seti içerisinde ayrıca 6 adet sabitleme bantı da steril biçimde temin edilmelidir.
6. Ürün dizayn olarak eksuda ve bakteri kilitleme özelliğine sahip olmalıdır, bu sayede enfekte yaralarda kullanılabilir. Klinik yayınlarla kanıtlanmalıdır.
7. Örtü çerçevesi örtüyü yerinde sabitleyebilen silikondan oluşmalıdır.
8. NBYT sistemi sağlam dokuda maserasyona neden olmamalıdır.
9. Örtü yara üzerinde eksuda durumuna göre 7 güne kadar kalabilmelidir. Negatif basınç ünitesinden ayrıldığında da eksuda kontrolüne devam edebilecek yapıda olmalıdır.
10. Örtü su geçirmemelidir, gerektiğinde hasta örtü üzerinde iken hafifçe duş alabilmelidir.
11. Örtü gerektiğinde kompresyon bandajı altında da kullanılabilir olmalıdır.
12. Tedavi süresince NBYT kapama örtüsü ile kullanılacak tek kullanımlık cep tipi pompa hasta kullanımı için bırakılmalıdır.
13. Örtüler ile beraber bedelsiz temin edilecek hastaya özel pompa ve yalnızca tek hastada 30 güne kadar kullanılabilir olmalıdır.
14. Teklif edilecek örtü ebatları 16-/+1 cm x 16-/+1 cm cm veya 12-/+1cmx21-/+1 cm olarak seçilebilmeli ve OR2160 SUT kodu ile eşli olmalıdır.
15. 16-/+1cmx21-/+1cm veya 12-/+1 cm x31-/+1 cm olarak seçilebilmeli ve OR2170 SUT kodu ile eşli olmalıdır.