

NEGATİF BASINÇ TERAPİSİ VE YARA YIKAMA YAPABİLENVAKUM YARDIMLI SİRİRAL FORMDA ORTA BOY KAPAMA VE YIKAMASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar ve vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlar özelliğinde olmalıdır.
2. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama ve yıkama seti, topikal yara solüsyonlarının yara yatağına eşit dağılımını ve çekilebilmesini sağlamalı Aynı zamanda yaranın ebatlarındaki küçülmeyi takip edip data verebilen ve yara fotoğrafını gösterme özelliği olan cihazlarla sürekli ve/veya fasıllı çalıştırıldığında yara iyileşmesinden en iyi sonuç alınabilme olanağı sağlar özelliğinde olmalıdır.
3. Vakum yardımcı spiral formda orta boykapama ve yıkama seti içindeki kapamanın hammaddesi poliüretan ester materyalinden üretilmiş olmalı. Bu materyal sıvı iletimini kolaylaştırır özelliğinde olmalı
4. Vakum yardımcı spiral formda orta boykapama ve yıkama seti içindeki kapamaçok eksudalı, infekte ve kaviteli yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tanınmalıdır.
5. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapamave yıkama setinin birincil hedefi, etkin yara hidrasyonu, yıkama ve temizlemenin yanı sıra,granülasyonun oluşturulmasını sağlamak olmalıdır.
6. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın, yırtılmaya ve gerilmeye karşı dayanıklılığı yüksek olmalı.Kapama yaradan kaldırıldıktan sonra yarada kapama partikülü kalma riskini,azaltmaya yardımcı olur özelliğinde olmalıdır.
7. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içindeki kapamanın gözenek büyüklüğü 400-600 mikron(+5-5)olmalıdır.
8. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama istenilen şekilde kullanılabilmek için kesilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
9. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içindeki kapama süngerinin ölçüleri 15,2 x 17,7 x 1,8 cm (+5-5)olmalıdır.
10. Vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesitarafından verilen basınç şiddeti ayarlanabilir ve vakum yardımcı spiral formda orta boy kapamave yıkama setihasta güvenliği için ayarlanan basınca göre çalışabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
11. Vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımcı spiralsetin içinde olmalı Set içinden çıkan bağlantı hortumu topikal yara solüsyonlarının yara yatağına iletilmesini, solüsyonun istenen süre yara yatağında bekledikten sonraeksuda ile birlikte yara yatağından uzaklaştırılmasını sağlar özelliğinde olmalıdır.
12. Vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımcı spiral setin içinde olmalı Set içinden çıkan bağlantı hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir sürevakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır. Bu sayede,istendiği taktirdehastanın tedavisine ara verilebilir özelliğinde olmalıdır.
13. Vakum yardımcı spiral formda orta boykapama ve yıkama setinde bulunan bağlantı hortumunun içinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncı algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik olması halindevakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi tarafından algılanıp uyarı vermesine olanak tanıyacak özelliğinde olmalıdır.
14. Vakum yardımcı spiral formda orta boykapama ve yıkama seti içerisinde bulunan drape şeffaf, steril ve hava sızdırmaz nitelikte olmalıAyrıca drape içerdiği akrilik bant sayesinde deriye güçlü bir şekilde yapışır ve iyi nem teması sağlar özelliğinde olmalıdır.
15. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içerisinde yara cetveli bulunmalıdır. Set içinden çıkan yara cetveli yara boyutunun istenen günlerde ölçülerek vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesine kayıtlanmasını ve böylece yara boyutunun tedavi süresince izlenmesini sağlar özelliğinde olmalıdır.
16. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içerisinde sünger miktar etiketi bulunmalı Sünger miktar etiketi tedavi süresince yarada kullanılan kapama adetlerinin ve kullanılan diğer sarf malzemelerinin adetlerinin yazılmasını sağlar özelliğinde olmalı. Sünger miktar etiketi sayesinde yarada kullanılan kapama adetleri kayıtlanarak yara içinde unutulması engellenmelidir.
17. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti içerisinde cildi koruma amaçlı acısız