

Mitral Balon Valvuloplasti Kateteri Teknik Şartnamesi (KR 1171)

1. Mitral Balon Valvuloplasti Kateter Seti, 24mm, 26mm, 28mm ve 30mm ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır.
2. Mitral Balon Valvuloplasti Kateter Seti aşağıdaki özelliklere sahip 7 parçadan oluşmalıdır:
- 2.1. Balon Valvuloplasti Kateteri; 12F genişliğinde, en fazla 70 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2.2. Balon Gerdürme Tüpü (Stretching Tube); en fazla 1.2 mm. genişliğinde, en az 80 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2.3. Dilatör; en az 14F genişliğinde ve en fazla 70 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2.4. Guidewire; en az 0.025" genişliğinde, kateter lümeni ile uyumlu ve en az 175 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2.5. Stylet; en az 0.038" genişliğinde, en az 80 cm uzunlukta ve ucu J şeklinde olmalıdır.
 - 2.6. Şırınga; Balon ebadına özel kademelendirilmiş olacaktır.
 - 2.7. Ruler; Balon genişliğinin ölçümünde kullanılacaktır.
3. Balon Kateteri çift lümenli, Mitral kapakta şişirilmek üzere tasarlanmış olmalı, ancak bir nedenle geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapaktan ve septumdan güvenli bir şekilde geri çıkartılabilmesi için balon üzerinde en az iki küçük kontrast madde çıkış deliği içermelidir.
4. Balonun kapağı oturtulabilmesi için balonun ön bölümünün içinde tek yönlü valfe sahip ikinci bir lateks katman bulunmalıdır. Böylece ilk şişirmede balonun sadece ön kısmı şişerek kapağı oturtulması sağlanabilmelidir.
5. Mitral balon MY olmasını engellemek amacıyla, en düşük çaplı kademede şişirilebilmelidir. Örneğin 28mm balon kateter en az 24, 26 ve 28mm aralıkta şişirilebilmelidir.
6. Balon şişirme şırıngasındaki kademelere göre sıvı eklendiğinde balon o kademedeki çapta şişmelidir. Şırıngaya göre farklı ebatta şişen balonlar kabul edilmeyecektir.
7. Balon kateter gövdesinin tek tarafı saydam olmalı, böylece balon iç havası alınmak için yıkandığında içinde hava kalıp kalmadığı rahatlıkla görülebilmelidir.
8. Mitral balon katateri üzerinde, balonun iç havasının alındığı girişte bir adet boşaltma musluğu (stopcock) ve balonu şişirip indirildiği girişte de bir adet ana musluk (stopcock) olmak üzere toplam iki adet stopcocklu giriş bulunmalıdır.
9. Balon teslim edildiği gün itibarıyle en az bir yıl miatlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ozgür BAYTURAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635/94256

TRANSSEPTAL İĞNE TEKNİK ÖZELLİKLER

KR1052

- 1- 56-71-86-98 cm uzunlukları olmalıdır.
- 2- 18 gauge çapında , uç kısmı hafifçe J şeklinde olan ve kateterin proksimal kısmda uç kısmın yönünü gösteren ok olan, içinden mayı veya kan verilmek için paslanmaz çelikten yapılmış bir İğne olmalıdır.
- 3- Transseptal septostomi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Üretim ve sterilizasyon kaybolma tarihini gösteren steril ambalaj içerisinde teslim edilmelidir
- 5- Teslimat esnasında, teslim edilecek ürünün mladı enaz 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Oğuz BAYTURAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
5569519225

TRANSSPETAL GUIDING INTRODUCER (KR1051)

1. Guiding Introducerler 60 cm ve 62 cm olarak iki farklı uzunluk seçeneğine ve 67cm dilatatör uzunluğuna sahip olmalıdır.
2. Sağ atriumdan Sol atriuma transseptal geçiş sağılamak için Mullins style curve sahibi olmalıdır.
3. 71cm. BRK Transspetal Needle ile uyumlu çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Introducerler 8 French ve 10 French olmak üzere iki ebatta olmalıdır. Çapı 8 French olan introducerların dilatörü 8 French, Çapı 10 French olan introducerların dilatörü 10 French olmalıdır.
5. 0.032 inch çapında guidewire ile çalışmalıdır.
6. Kateter giriş bölgelerinin dışında kalan ucunda bulunan mekanizma hemostaz için silikon valf içermelidir.
7. Yıkama, ilaç veya kontrast madde uygulamaları gibi işlemler için kateter giriş bölgelerinde üçlü manifold bulunmalıdır.

Prof. Dr. OZGUR BAYTURAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55685 / 94256



MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)

CamScanner ile tarandı