


114

DISPOSABLE SIDESTREAM JET NEBULİZER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Jet Nebulizer (Neb) seti ,disposable (tek kullanımlık) özelliğinde olmalıdır.
- 2- Jet neb seti ,hastanemiz servislerinde kullanılan kompresörlü nebulizer cihazlarına ve standart nebulizer kullanımına uygun çıkışlara sahip olmalıdır.
- 3- Jet neb seti'nin içerisinde pediatrik maske, hortum ve ilaç haznesi bulunmalıdır.
- 4- Jet neb seti ilaç haznesinin hacmi maksimum 10 ml olmalıdır.
- 5- Jet neb seti, kullanılan nebül solüsyon formundaki ilaçların aerosol halindeki partikül boyları, % 50'i için < 3 mikron altında olmalıdır.
- 6- Jet neb seti, kullanılan nebül solüsyon formundaki ilaçların aerosol halindeki 'Respirable Output' değeri % 80 ,ç,n < 5 mikronun altında olmalıdır.
- 7- Jet neb seti, Rezidüel hacmi (ölü hacim) ,ilaç kaybını önleyebilmek için 0,5-0,7 ml'den fazla olmamalıdır.
- 8- Jet neb seti. 2 ml- 2,5 ml nebül solüsyon formundaki ilaçların en fazla 6-7 dakika içinde bitirebilmelidir.
- 9- Jet neb seti, uluslar arası standartlara uygun olmalı ve uluslar arası standartlara uygunluk belgeleri istenildiğinde gösterilmelidir.
- 10- Jet neb seti,nebül solüsyon formundaki bronkodilatör,kortikosteroidler, antiinflamatuvar ilaçlar, mukolitikler ve antibiyotiklerin kullanımına uygun olmalıdır.İstenildiğinde bu tür ilaçların kullanımına ilişkin belge ve literatürler sunulabilmelidir.
- 11- Jet neb seti, istenildiğinde, aerosol haline getirdiği, bilinen tüm ilaçların partikül boyları ile ilgili literatür ve çalışmalar sunulmalıdır.Sunulan literatürler, ERS-Europen Respiratory Society (Avrupa Solunum Birliği), İngiliz veya Amerikan THORAX Derneği, Respiratory Medicine, CHEST, Europen Respirator Journal gibi dünya standartlarını belirleyen kurumlar ve hakemli bilimsel tıbbi yayınlardan referanslı olmalıdır.
- 12- Bağlantı kanülünün ucunda siyah bağlantı aparatı bulunmalıdır.

CBÜ
Hemşirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgöl KARACA



NEBÜLİZATÖR MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Yumuşak yapıda olmalı,PVC den yapılmış olmalı
- 2.Hasta yüzüne uyumlu olmalı,
- 3.İlaç verme setine bağlanabilir olmalı,
- 4.Ağızlıkları olarak kullanılabilir olmalı,
- 5.Hastaya ve oksijen kaynağına kolay bağlanabilir olmalı rahatsız edici koku içermemelidir.
- 6.Haznesi şeffaf,en az 8 ml kapasiteli PS kristal,PP vb. sert termoplastik malzemeden olmalı ve uygulama sonrası rezidüel hacmi 0.7 ml yi aşmamalıdır.
- 7.Kanül bağlantı yerinden kolay açılır olmamalıdır ve uzunluğu 2-2.5 m olmalıdır.
- 8.Hasta yüzünde sabit kalmasını sağlayan bağlantı düzeneği olmalıdır.
- 9.Mukoza kurumasını engellemeli,yumuşak ve bükülmeye dirençli olmalıdır.
10. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
11. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az bir adet numuneyi komisyona teslim edecektir.
12. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerine kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
- 13.5 adet numune teslim edilecektir
14. 2adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.

CBÜ
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgöl KARACA



İPEK FLASTER 5m*5cm TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boyutları 5m*5 cm olmalıdır.
2. Non allerjik olmalıdır.
3. İyi yapışmalı kolay koparılmalı, koparıırken lifleri ayrılmamalı.
4. Ciltten çıkarıldığında yapışkan özellik bırakmamalı.
5. Yapışkanı düzgün homojen şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz olmalı.
6. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, raf ömrü, ebadı ve üretici firma yazılmış olmalı.
7. Kullanım ömrü 2 yıl olmalı.
8. . Sistemin ve/veya sistemi oluşturan parçaların Sağlık Bakanlığı UBB kaydı ve onayı olmalıdır.
9. En az 5 adet numune gönderilecektir.
10. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.

CBÜ
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgöl KARACA

