

OKSİJEN TÜPÜ BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Oksijen tüpü başlığı terapi cihazı, Monometre ve bağlantı aparatından oluşmalıdır.**
- 2- Standart oksijen tüplerine uygun yapıda olmalıdır.**
- 3- Sürekli oksijen akışı sağlayacak şekilde ve özel çelikten imal edilmiş TSE 11169 CE standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.**
- 4- Oksijen tüpü başlığının manometresi 300 (+-15)BAR'lık basınç için uygun olmalıdır.**
- 5- Oksijen başlığı anahtar kullanılarak oksijen tüpüne monte edilebilecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.**
- 6- Oksijen akış alanı 1-15L/dak olacaktır.**