

OPU (OOCYTE PICK UP-YUMURTA TOPLAMA) ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Örtüler nonwoven diye tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
- 2) Hasta üst örtülerinde kullanılan malzeme, ameliyat sırasında oluşacak kan vb. vücut sıvılarının örtü tarafından absorbe edilmesini sağlayan 55gr/m2 (+/-5) medikal nonwoven malzemeden mamul olmalıdır.
- 3) Tüm ürünler medikal amaçla üretilmiş hammadelerden mamul olmalıdır.
- 4) Örtü ve önlük üretiminde kullanılan malzemeler arkasını göstermeyecek tipte olmalıdır. (yarı şeffaf veya şeffaf malzemeler kabul edilemez.)
- 5) Örtülerde kullanılacak cilt bantları non allerjik ve medikal özellikte kumaşa iyi yapışan, özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır.
- 6) Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
- 7) Set içerisindeki delikli örtü boyutları 200x240cm (+/-5) olmalıdır. Örtü üzerinde operasyon bölgesine uygun bir delik olmalıdır ve deliğin etrafında örtüyü hastaya sabitleyecek cilt bantları olmalıdır. Jinekolojik pozisyonda hastanın bacaklarına geçirilecek olan çizme kılıf örtüyle yakpare olmalıdır.
- 8) Set içerisinde bulunan USG örtüsü şeffaf olmalı ve kenarlarında yapışkan bant olmalıdır.
- 9) Alet masa örtüsü 75x100cm (+/-) boyutlarında, üstünde medikal nonwoven malzemeden takviyesi olan polietilen malzemedne yapılmış olmalıdır. Alet masasının ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır.
- 10) Tüm set içeriği sterilizasyon bohçası ile bohçalanmış olmalıdır.
- 11) Set içerisinde kullanılacak olan önlüklerde malzememnin ağırlığı 55gr/m2 (+/-10) olmalıdır. Cildin nefes almasını sağlamalı ancak kan vb. vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdaki uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır.
- 12) Önlüklerde kol manşetleri minimum 8cm uzunluğunda tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve tüp şeklinde olmalıdır.
- 13) Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Dış iki yan kuşak sterilitiyi bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir kordon ile birleştirilmiş olmalıdır.
- 14) Set bir yüzü medikal kağıt, diğer yüzümedikal filminden oluşan ambalajlarda verilmelidir.
- 15) Paket üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi, lot numarası vs. belirtilmelidir.
- 16) EO sterilizasyonu yapıldıktan sonra 15 gün havalandırılıp teslim edilmelidir.
- 17) Vajinal prob kılıfları lateks içermemelidir.

18) Set ařağıdaki parçaları içermelidir:

- a)1adet 75x100cm Alet Masa Örtüsü (Takviyeli)
- b)2adet 40*40cm El Kurulama Havlusu
- c)2adet Takviyesiz Cerrahi Önlük (Medium-Large)
- d)1adet 200x240cm Delikli Hasta Örtüsü (Kenarları bantlı ve Litotomik bacak kılıflı)
- e)1adet 90x90cm Düz Örtü
- f)1adet Coverjel (Ultrason jeli)
- g)1adet Prob Kılıfı (Latex içermemelidir. Uzunluğu 85cm yumuşak, medikal amaçla kullanılabilir olmalı ve 3adet lastik bant içermelidir.)

19) Malzemenin son kullanma tarihi teslimden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

20) Son kullanma tarihine 3ay kalan ürün, tedarikçi tarafından değıştirilmelidir.

21) Teklifle birlikte numune gönderilmelidir.