


TERMAL ETİKET YAZICI İÇİN ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. PATH marka DESKTOP cihazının termal etiket yazıcısına uyumlu olmalıdır.
2. Etiket ebatı 101mm x 54mm olmalıdır.
3. Bir ruloda en az 70 - 130 etiket bulunmalıdır.
4. 10'luk kutular halinde ambalajlanmış olmalıdır.
5. Etiket kağıdı termal baskıya uyumlu olmalı, zamanla silinmemelidir.
6. Termal yolla çalışmalı, kartuş, toner vb. sarf malzemelere ihtiyaç duyulmamalıdır.
7. Ürünün UBB kaydı olmalıdır.


CELAL BAYRAK ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kulak, Burun, Boğaz Hast. Uzmanı
Dip.No:233432144

TİMPANOMETRİ CİHAZI DİSPOSABLE KULAK YOLU PROBUÇU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- a) Kliniğimizde kullanılan PATH marka DESKTOP model Timpanometri Test Cihazında kullanılan TYMPProb kablosuna % 100 uyumlu olmalıdır.
- b) Boyları silikon ve yumuşak olmalıdır.
- c) Kulak kanalına uygun olmalıdır 5-6-8-10-11-12-14-16-18- mm arası boylarında olmalıdır.
- d) Prob uçları, probunağına kolaylıkla geçirilebilmeli ve tam olarak oturmalıdır.
- e) Numuneler denenerek uygunluk verilecektir.
- f) CE belgeli ve UBB kayıtlı olmalıdır.
- g) İthalatçı ve distribütör firmanın 'Yetkili Satıcı Distribütörlük Belgesi' bulunmalıdır.


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kulak Burun Boğaz Hast. Uzmanı
Dip. No: 233432144